



Vía aérea

Aislada

- Comprobación **fijación y neumotaponamiento**
- Dispositivo “**anti mordida**” *in situ* (Güedel)

No aislada

- Dispositivo de administración de oxígeno con **alargadera**
- Gafas nasales para monitoreo por **capnografía**
- Güedel** adecuado transportado junto al paciente
- Prótesis dentales** extraídas

Ventilación

- Parámetros** del respirador de transporte **programados**
- Comprobado **oxígeno en bala** de transporte
- Auscultación previa** al traslado
- Pulsioxímetro** de pulso colocado y funcionando
- Balón auto hinchable Ambú®/Mapleson** para traslado

Circulatorio

- Perfusiones **imprescindibles** en bomba con **4 alargaderas purgadas**
- Marcapasos/DAI compatibles y modo condicional** con RNM
- Sin catéteres incompatibles** (Swan-Ganz, balón de contrapulsación aórtico)
- Compatibilidad **Filtro de VCI** comprobada
- Sonda Foley con sensor** de temperatura **desconectada y sin tocar paciente**

Neurológico

- Sedoanalgesia** continua
- Relajante muscular** administrado
- Compatibilidad de **clips de aneurismas cerebrales** comprobada
- Sensor de PIC compatible**: cables y monitores externos desconectados; cables no extraíbles y tubos contenedores dispuestos en forma de bucles sobre o cerca de la cabeza
- Compatibilidad de **catéter epidural** comprobada
- Compatibilidad de **neuroestimulador**

Exposición

- Historia clínica de **implantes, prótesis (suturas metálicas) o dispositivos**
- Historia clínica de **alergias a contraste realizada**
- Joyería/piercings** extraídos
- Maletín de transporte**
- Paciente Afebril** (T^a no > 38°C)

A

B

C

D

E

CHECKLIST. Traslado Seguro a la Resonancia

Comprobaciones en ÁREA III de RM



Vía aérea

Aislada

- Comprobación **fijación y neumotaponamiento**

(> 3cms alejado del balón testigo de zona de exploración)

No aislada

- Comprobación de **alargaderas disponibles** para dispositivos de oxígeno
- Güedel y Ambú®** disponibles y localizados
- Sistema de aspiración** comprobado
- Sondas de aspiración** disponibles y localizadas

A

Ventilación

- Respirador / máquina anestesia compatible** con resonancia
- Bala de oxígeno** de transporte **FUERA** con asignación del rol que la vigila
- Conexión de respirador a **toma de oxígeno** dentro de la resonancia
- Fonendoscopio FUERA** de la resonancia
- Colocar **Pulsioxímetro inalámbrico**
- Comprobar **funcionamiento monitor** de la sala
- Comprobar **drenajes torácicos y campanas** en la sala

B

Circulatorio

- Colocar **electrodos de ECG inalámbricos**
- Retirar todos** electrodos ECG **no compatibles**
- Comprobar **monitorización completa inalámbrica en la camilla** de la sala
- Comprobar **cable de transductor de presión arterial invasiva no toque** paciente
- Bombas de perfusión continua FUERA** de la resonancia
- Carro de paradas y desfibrilador** disponible y localizado

C

Neurológico

- Sedoanalgesia administrada** o continua

D

Exposición

- Comprobar que **no existen zonas de piel con piel** en contacto

E

Descargue aquí:

